

双量程在线监测设备是否需要对其双量程都要验收？

公众号：环境监测交流

问：在线监测设备SO₂、NO、粉尘有设置双量程切换时，正常情况下，排污企业平时排放浓度不会超过第一量程范围，验收第一量程完全可以；是否需要第二量程的环保验收？

广东省生态环境厅回复：您好！根据《固定污染源烟气（SO₂、NO_x、颗粒物）排放连续监测技术规范》（HJ 75-2017）要求，在线监测设备的所有量程（包括第二量程）均需进行性能验收，确保全量程数据准确可靠。即使企业日常排放浓度未超第一量程，仍需对第二量程的示值误差、量程漂移等指标进行验收，以覆盖异常工况并满足执法监管要求。属地生态环境部门如有具体验收要求请按属地要求执行。感谢您的关注与支持！

文章整理自微信公众号「环境监测交流」